

Tutkimusno EUFI03-00027235
Asiakasno UR0001704
Kalajaisjärven uimarantaKurikan kaupunki/
Ympäristöterveyspalvelut
TerveystarkastajatAsematie 5
60800 Ilmajoki
FINLAND
s-posti: terveystarkastajat@kurikka.fi

Tilauksen kuvaus

Kurikan kaupunki Ympäristöterveyspalvelut, uimantavedet 13.8.2024

Näyttenumero	694-2024-00006885
Näytteen kuvaus	Uimantavesi
Näytteenottopiste	Kalajaisjärven uimaranta, Jurvantie
Matriisi	Uimantavesi
Näytteenottopäivä	13.08.2024 07.50
Vastaanottopäivä	13.08.2024 11:50
Analysointi aloitettu	13.08.2024 11:50
Näytteenottaja	Saana Laakkonen / Asiakas

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)	YS924	°C	18,3		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	2		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Syanobakteerit (sinilevät): Havaittu vähän esiintymistä
Muut levät: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä
Öljymäiset, tervämäiset aineet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä
Muut jätteet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä

Lausunto

694-2024-00006885

Laboratorioon toimitettu uimantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

16.08.2024

Miia Laine Analytical Service Manager
Miia.Laine@etn.eurofins.com

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Eurofins Ahma Oy

Oivaltajantie 10
60100 Seinäjoki
FINLAND+358 40 664 6822
VastaanottoSeinajoki@etn.eurofins.cc
www.eurofins.fi



Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS924	Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)			Ei		
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	UR
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	UR

Laboratorio						
UR	CLIENT					
	Eurofins Ahma (Seinäjoki)				SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131	

Jakelu : marko.kivimaki@ilmajoki.fi, tiina.keski-jyra@ilmajoki.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.